

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-03-22

Dechloritfilter mit Erstfüllung

Best.-Nr.: A000129

Leistungsmerkmale

- Beseitigt die von den Wasserwerken zugesetzten Chloranteile im Leitungswasser
- Komplett mit Anschlüssen für Druckschlauch 1/2" (Innendurchmesser 12,7 mm)
- Einschließlich Erstfüllung



Technische Merkmale

Außendurchmesser

125 mm

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser