# PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2025-07-13

## LAUDA Universa Modul U 635
## Kältebad 200-240 V; 50/60 Hz
## Best.-Nr.: L004331

**Leistungsmerkmale**

- Badabdeckung: Zur Aufnahme der Universa ECO und Universa PRO Pump- und Regeleinheiten
- Energieeffizientes Kältesystem: Kapillarrohrtechnik mit drehzahlgeregeltem Inverter-Verdichter und drehzahlgeregeltem Ventilator – für reduzierte Energiekosten und hohe Langlebigkeit.
- Umweltfreundliche Kältemittel: Verwendung natürlicher Kältemittel für eine nachhaltige und umweltbewusste Kühlung.
- Abnehmbarer Frontgrill – werkzeuglos zur einfachen Reinigung des Verflüssigers.
- Edelstahl-Badkessel: Für hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit konzipiert.
- Geschweißte Konstruktion: Garantiert hohe Qualität und Stabilität.
- Entleerungshahn an der Front – strategisch platziert hinter dem Frontgrill für mühelose Entleerung.
- Gummifüße: Sorgen für einen rutschfesten Stand und schützen empfindliche Oberflächen.

| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Betriebstemperaturbereich | -35 ... 200 °C |
| Umgebungstemperaturbereich | 5 ... 40 °C |
| Stromaufnahme | 1,9 A |
| Badgröße (BxTxH) | 130 x 150 x 160 mm |
| Badöffnung (BxT) | 130 x 150 mm |
| Badvolumen min. / max. | 3,2 / 5,7 L |
| Abmessungen (BxTxH) | 290 x 480 x 450 mm |
| Gewicht | 29 kg |
| Kältemittel Stufe 1 | R-290 (GWP 3); 0,052 kg; 0,0 t CO2-eq |
| Netzversorgung | 200-240 V, 50/60 Hz |
| Netzstecker | --- |

| Temperatur | Pumpenstufe | Temperiermedium | Kälteleistung 50 Hz | Kälteleistung 60 Hz |
|---|---|---|---|---|
| 20 °C | 6 | Ethanol | 0,5 kW | 0,5 kW |

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert, Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser