PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-05-16

LAUDA Universa Modul U 1625
Kältebad 220-240 V; 50/60 Hz
Best.-Nr.: L004338

Leistungsmerkmale

- Bietet Flexibilität und Erweiterungsmöglichkeiten mit allen Universa Pump- und Regeleinheiten.
- Energieeffizientes Kältesystem: Kapillarrohrtechnik mit drehzahlgeregeltem Inverter-Verdichter und drehzahlgeregeltem Lüfter – für reduzierte Energiekosten und hohe Langlebigkeit.
- Umweltfreundliche Kältemittel: Verwendung natürlicher Kältemittel für eine nachhaltige und umweltbewusste Kühlung.
- Abnehmbarer Frontgrill – werkzeuglos zur einfachen Reinigung des Verflüssigers.
- Edelstahl-Badkessel: Für hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit konzipiert.
- Geschweißte Konstruktion: Garantiert hohe Qualität und Stabilität.
- Entleerungshahn an der Front – strategisch platziert hinter dem Frontgrill für mühelose Entleerung.

Technische Merkmale	
Betriebstemperaturbereich	-25 ... 100 °C
Umgebungstemperaturbereich	5 ... 40 °C
Stromaufnahme	1,9 A
Badgröße (BxTxH)	200 x 300 x 200 mm
Badöffnung (BxT)	200 x 300 mm
Abmessungen (BxTxH)	null x null x null mm
Kältemittel Stufe 1	R-600a (GWP 3); 0,030 kg; 0,0 t CO2-eq
Netzversorgung	220-240 V; 50/60 Hz
Netzstecker	---

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-05-16

LAUDA Universa Modul U 1625
Kältebad 220-240 V; 50/60 Hz
Best.-Nr.: L004338

Temperatur	Temperiermedium	Kälteleistung 50 Hz	Kälteleistung 60 Hz
20 °C	Ethanol	0,3 kW	0,3 kW
10 °C	Ethanol	0,26 kW	0,26 kW
0 °C	Ethanol	0,22 kW	0,22 kW
-10 °C	Ethanol	0,14 kW	0,14 kW
-20 °C	Ethanol	0,055 kW	0,055 kW
-25 °C	Ethanol	0,02 kW	0,02 kW
20 °C	Ethanol	0,3 kW	0,3 kW
10 °C	Ethanol	0,26 kW	0,26 kW
0 °C	Ethanol	0,22 kW	0,22 kW
-10 °C	Ethanol	0,14 kW	0,14 kW
-20 °C	Ethanol	0,055 kW	0,055 kW
-25 °C	Ethanol	0,02 kW	0,02 kW

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser