

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-09-18

Jeu de tuyaux

G 1/2", 10 m

Numéro d'article: A000001

Caractéristiques

- Avec 2 flexibles et 4 kits de raccordement



Données techniques

Plage de température de fonctionnement	-15 ... 60 °C
Raccord 1 filetage (extérieur)	1/2"
Raccord 2 Filetage (extérieur)	1/2"
Diamètre intérieur	15 mm
Diamètre extérieur	22 mm
Épaisseur d'isolation	9 mm
Matériau	EPDM

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-09-18

Jeu de tuyaux

G 1/2", 10 m

Numéro d'article: A000001

CHILLER SIDE

WATER INLET

1 X 1/2" HOSE CARRIER
10m 15-22 FLEXIBLE PIPE
1 X 21-23 CLAMPS
10m ARMAFLEX INSULATION
10m TECNTERM TAPE



WATER OUTLET

1 X 1/2" HOSE CARRIER
10m 15-22 FLEXIBLE PIPE
1 X 21-23 CLAMPS
10m ARMAFLEX INSULATION
10m TECNTERM TAPE



 Loctite 55

APPLICATION SIDE

WATER INLET

1 X 1/2" HOSE CARRIER
1 X 21-23 CLAMPS

WATER OUTLET

1 X 1/2" HOSE CARRIER
1 X 21-23 CLAMPS

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser