

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-09-18

Jeu de tuyaux

G 1 1/2", 10 m

Numéro d'article: A000003

Caractéristiques

- Avec 2 flexibles et 4 kits de raccordement



Données techniques

Plage de température de fonctionnement	30 ... 80 °C
Raccord 1 filetage (extérieur)	1 1/2"
Raccord 2 Filetage (extérieur)	1 1/2"
Diamètre intérieur	38 mm
Diamètre extérieur	52 mm
Épaisseur d'isolation	9 mm
Matériau	SBR

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-09-18

Jeu de tuyaux

G 1 1/2", 10 m

Numéro d'article: A0000003

CHILLER SIDE

WATER INLET

1 X HOSE CARRIER
FLEXIBLE PIPE
1 X CLAMP
THERMAL INSULATION
INSULATION TAPE



WATER OUTLET

1 X HOSE CARRIER
FLEXIBLE PIPE
1 X CLAMP
THERMAL INSULATION
INSULATION TAPE



APPLICATION SIDE

WATER INLET

1 X HOSE CARRIER
1 X CLAMP
1 X FEMALE- FEMALE

WATER OUTLET

1 X HOSE CARRIER
1 X CLAMP
1 X FEMALE- FEMALE

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser