

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-09-18

Schlauchset

G 1/2", 20 m

Best.-Nr.: A000004

Leistungsmerkmale

- Beinhaltet 2 Schläuche und 4 Adapter



Technische Merkmale

Betriebstemperaturbereich	-15 ... 60 °C
Anschluss 1 Gewinde (außen)	1/2"
Anschluss 2 Gewinde (außen)	1/2"
Innendurchmesser	15 mm
Außendurchmesser	22 mm
Isolationsstärke	9 mm
Material	EPDM

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-09-18

Schlauchset

G 1/2", 20 m

Best.-Nr.: A000004

CHILLER SIDE

WATER INLET

1 X 1/2" HOSE CARRIER
20m 15-22 FLEXIBLE PIPE
1 X 21-23 CLAMPS
20m ARMAFLEX
INSULATION
10m TECNOTERM TAPE



WATER OUTLET

1 X 1/2" HOSE CARRIER
20m 15-22 FLEXIBLE PIPE
1 X 21-23 CLAMPS
20m ARMAFLEX INSULATION
10m TECNOTERM TAPE



 Loctite 55

APPLICATION SIDE

WATER INLET

1 X 1/2" HOSE CARRIER
1 X 21-23 CLAMPS

WATER OUTLET

1 X 1/2" HOSE CARRIER
1 X 21-23 CLAMPS

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser