

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-06-29

Unité de fermeture / dispositif anti-retour
G 1 1/2"

Numéro d'article: A000014

Caractéristiques

- Kit d'électrovanne d'eau : Pour éviter le retour de fluide d'une application installée au-dessus du refroidisseur
- Comprend un clapet anti-retour et une électrovanne



Données techniques

Raccord 1 filetage (intérieur)

Poids

1 1/2"

4.35 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser