

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-06-29

Plateau à secouer
pour incubateur à secouer
Numéro d'article: A000046

Caractéristiques

- Plateforme d'agitation en acier inoxydable.
- Avec grille perforée pour recevoir des pinces pour fioles Erlenmeyer et ampoules à décanter ainsi que pour fixer les portoirs de tubes à essai A000059 et A000060.



Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)

420 x 270 x 10 mm

Largeur utile de la surface de pose

370 mm

Profondeur utile de la surface de pose

226 mm

Matériau

Acier inoxydable

Poids

1.10 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser