

## FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-06-26

Filtre déchlorateur  
avec premier remplissage  
Numéro d'article: A000129

### Caractéristiques

- Élimine le chlore rajouté à l'eau de ville par les stations d'épuration
- Livré complet avec les raccords 1/2 pouce (ø intérieur 12,7 mm)
- Y compris le premier plein
- Le remplissage du filtre déchlorite doit être remplacé tous les six mois



### Données techniques

Diamètre extérieur	125 mm
Raccord 1 filetage (intérieur)	1/2"
Raccord 2 filetage (intérieur)	1/2"
Poids	1.80 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser