

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-09-15

Relleno rep. p. filtro Dechlorit A000129 A000135
para sistema de filtro A000135
N.º de pedido: A000130

Características de rendimiento

- Recambio de relleno para filtro dechlorito A000129 y juego de filtros A000135
- El relleno del filtro de dechlorito debe reemplazarse cada seis meses



Características técnicas

Peso

0.60 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser