

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-09-15

Station anti-calcaire avec premier plein

Numéro d'article: A000131

Caractéristiques

- Empêche la cristallisation des durcisseurs dans le condenseur en phosphatant l'eau brute
- Recommandé pour une dureté d'eau de 4 °dH (0,72 mmol/l) à 15 °dH (2,69 mmol/l)
- Livré complet avec les raccords 1/2 pouce (ø intérieur 12,7 mm)
- Y compris le premier plein
- Le remplissage de la cartouche de phosphate doit être complété en fonction de la consommation



Données techniques

Diamètre extérieur	125 mm
Raccord 1 filetage (intérieur)	1/2"
Raccord 2 filetage (intérieur)	1/2"
Poids	2.40 kg

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser