

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-09-15

Système de filtrage, lot de 3, avec support mural et premier plein, entièrement assemblé

Numéro d'article: A000135

Caractéristiques

- Composé d'un filtre fin 1 µm, d'un filtre déchlorite et d'une cartouche de phosphate, avec manchons de raccordement, entièrement assemblés
- Recommandé pour une dureté d'eau de 4 °dH (0,72 mmol/l) à 15 °dH (2,69 mmol/l)
- Livré complet avec les raccords 1/2 pouce (ø intérieur 12,7 mm)
- Le remplissage du préfiltre doit être remplacé tous les six mois
- Le remplissage du filtre déchlorite doit être remplacé tous les six mois
- Le remplissage de la cartouche de phosphate doit être complété en fonction de la consommation



Données techniques

Poids

6.90 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser