

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-06-26

Registrador de datos de calibración
para registrador de datos LOG100CRYO (A001383)
N.º de pedido: A000147

Características de rendimiento

- Calibración del registrador de datos de temperatura A001383 a una temperatura específica del cliente, con certificado

Características técnicas

Peso

0.29 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser