

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-06-26

Externer Bypass

NPT 1/2"

Best.-Nr.: A001508

Leistungsmerkmale

- Notwendig falls der Temperaturunterschied zwischen Einlass und Auslass mehr als 10 °C beträgt

Technische Merkmale

Umgebungstemperaturbereich

-15 ... 50 °C

Gewicht

1.00 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser