

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-03-18

Tapa de bañera (Universa)
para apertura 150 x 150 mm, con pasamuros
N.º de pedido: A001658

Características de rendimiento

- Tapa de baño de acero inoxidable con paso para sensores, sondas de temperatura o mangueras
- Diámetro del pasamuros ajustable manualmente (D = 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- El ángulo de ataque está diseñado para que la medición tenga lugar en el centro del baño.
- adecuado para U 8, U 830, U 845, U855, U 890



Características técnicas

Dimensiones (an x pr x al)

182 x 182 x 52 mm

Material

Acero inoxidable

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069


Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-03-18

Tapa de bañera (Universa)
para apertura 150 x 150 mm, con pasamuros
N.º de pedido: A001658



Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser