

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-03-11

Kit de raccordement de pompe Universa PRO
avec raccords en acier inoxydable M16x1
Numéro d'article: A001737

Caractéristiques

- Pour la thermostatisation d'applications externes
- Distance entre les tubulures de raccordement : 50 mm
- Les raccords de pompe sont fermés par des bouchons et des écrous-raccords.
- Olives adaptées aux tuyaux (diamètre extérieur = 8,5, 11 et 13 mm) et adaptateurs coudés disponibles en accessoires.
- Vous trouverez des instructions de montage dans le manuel d'utilisation.

Données techniques

Matériau

Acier inoxydable

Raccord 1 filetage (extérieur)

M16 x 1

Poids

0.23 kg

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-03-11

Kit de raccordement de pompe Universa PRO
avec raccords en acier inoxydable M16x1
Numéro d'article: A001737



Réserves de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser