

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-03-18

Baddeckel (Universa)
für Badöffnung 150 x 150 mm, mit 4 Ringeinsätzen
Best.-Nr.: A001744

Leistungsmerkmale

- Mit dem Baddeckel können hohe Bechergläser mit einem Nennvolumen zwischen 50 mL und 250 mL eingehängt werden.
- Einfache Positionierung des Baddeckels dank der beiden Bügelgriffe. Kein Werkzeug notwendig!
- Die einzelnen Ringsätze sind vierteilig und aus wärmebeständigem Kunststoff
- Einzelne Ringsätze sind abnehmbar
- Zusätzliche Buchse für einen externen Pt100 Temperaturfühler (D = 4 mm)
- passend für U 8, U 830, U 845, U855, U 890

Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)

182 x 182 x 47 mm

Material

Edelstahl

Gewicht

0.59 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-03-18

Baddeckel (Universa)

für Badöffnung 150 x 150 mm, mit 4 Ringeinsätzen

Best.-Nr.: A001744

Ring Nr. <i>Ring No.</i>	Öffnungsdurchmesser <i>Opening diameter</i>	Becherglas-Volumen / D _A <i>Beaker volume / outer diameter</i>
ohne Ring / without ring	61 mm	250 mL / 60 mm
Ring 1	55 mm	150 mL / 54 mm
Ring 2	49 mm	100 mL / 48 mm
Ring 3	39 mm	50 mL / 38 mm
Ring 4*	16 mm	Test tube diameter 16 mm

*Der Gewindeknopf ist abschraubbar, sodass ein Reagenzglas (D = 16 mm) eingesetzt werden kann.

**The threaded knob can be unscrewed so that a test tube (D = 16 mm) can be inserted.*

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser