

## FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-12-11

Couvercle de bain avec inserts à anneaux 4 ouverts  
pour ouverture de bain 150x150 mm  
Numéro d'article: A001744

### Caractéristiques

- Le couvercle du bain permet d'accrocher des gobelets hauts d'un volume nominal compris entre 50 mL et 250 mL.
- Positionnement facile du couvercle de la salle de bain grâce aux deux poignées en forme d'étrier. Pas besoin d'outils !
- Les jeux d'anneaux individuels sont en quatre parties et en plastique résistant à la chaleur
- Les jeux d'anneaux individuels sont amovibles
- Prise supplémentaire pour une sonde de température Pt100 externe (D = 4 mm)
- convient pour U 8, U 830, U 845, U855, U 890

### Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)

182 x 182 x 47 mm

Matériau

Acier inoxydable

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

## FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-12-11

Couvercle de bain avec inserts à anneaux 4 ouverts  
pour ouverture de bain 150x150 mm  
Numéro d'article: A001744

Ring Nr. <i>Ring No.</i>	Öffnungsdurchmesser <i>Opening diameter</i>	Becherglas-Volumen / D <sub>A</sub> <i>Beaker volume / outer diameter</i>
ohne Ring / without ring	61 mm	250 mL / 60 mm
Ring 1	55 mm	150 mL / 54 mm
Ring 2	49 mm	100 mL / 48 mm
Ring 3	39 mm	50 mL / 38 mm
Ring 4*	16 mm	Test tube diameter 16 mm

\*Der Gewindeknopf ist abschraubbar, sodass ein Reagenzglas (D = 16 mm) eingesetzt werden kann.

*\*The threaded knob can be unscrewed so that a test tube (D = 16 mm) can be inserted.*

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser