HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-10-19

Tapa de bañera con insertos anulares: 5 aberturas para apertura de bañera 200x200 mm
N.º de pedido: A001745



Características de rendimiento

- Los vasos altos con un volumen nominal de entre 50 mL y 250 mL pueden suspenderse utilizando la tapa del baño.
- Fácil colocación de la tapa de la bañera gracias a las dos asas de proa. No se necesitan herramientas.
- Los juegos de anillas individuales constan de cuatro piezas y están fabricados en plástico resistente al calor
- Los juegos de anillas individuales son desmontables
- Dos tomas adicionales para sondas de temperatura externas Pt100 (D = 4 mm y 1,9 mm)
- adecuado para U 12, U 20, U 1225, U 1245, U 2040

Características técnicas	
Dimensiones (an x pr x al)	232 x 232 x 47 mm
Material	Acero inoxidable

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.),
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-10-19

Tapa de bañera con insertos anulares: 5 aberturas
para apertura de bañera 200x200 mm
N.º de pedido: A001745

Ring Nr. *Ring No.*	Öffnungsdurchmesser *Opening diameter*	Becherglas-Volumen / D_A Beaker volume /outer diameter
ohne Ring / without ring	61 mm	250 mL / 60 mm
Ring 1	55 mm	150 mL / 54 mm
Ring 2	49 mm	100 mL / 48 mm
Ring 3	39 mm	50 mL / 38 mm
Ring 4*	16 mm	Test tube diameter 16 mm

*Der Gewindeknauf ist abschraubbar, sodass ein Reagenzglas (D = 16 mm) eingesetzt werden kann.

**The threaded knob can be unscrewed so that a test tube (D = 16 mm) can be inserted.*

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.),
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser