

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-12-18

Rotunda

Diamètre 198 mm

Numéro d'article: A001764

Caractéristiques

- Convient pour A001722, insert cylindrique
- Pour recevoir des thermomètres ou des sondes de mesure à des fins d'étalonnage.
- Rotonde pour 12 échantillons de 12 mm, 10 mm et 6,5 mm de diamètre chacun
- Trois alésages centrés sont prévus pour accueillir des sondes Pt100 (D = 4,5 mm)
- La rotonde est pivotante et réglable en hauteur. Hauteur minimale : 55 mm, hauteur maximale : 290 mm



Données techniques

Nombre d'échantillons

36

Profondeur d'immersion

310 mm

Matériau

Acier inoxydable

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser


FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-12-18

Rotunda

Diamètre 198 mm

Numéro d'article: A001764



LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser