

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-10-16

Sistema automático de recarga con control LiBus
para rosca de conexión M16x1
N.º de pedido: A001880

Características de rendimiento

- Compensación automática de pérdidas por evaporación
- Opciones de suministro flexibles: Conexión a una red de agua (cuando se utiliza agua como líquido de baño), Aspiración desde un depósito (p. ej. bidón) mediante bomba de presión/aspiración
- Compatible con LiBus
- Compatible con LAUDA Universa MAX
- Umbrales de llenado ajustables — umbrales de conmutación inferior y superior libremente configurables



Características técnicas

Rango de temperatura ambiente

-40 ... 55 °C

Material

Latón

Presión máx.

0,5 bar

Conexión 1 rosca (interior)

M16 x 1

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.),
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-10-16

Sistema automático de recarga con control LiBus
para rosca de conexión M16x1
N.º de pedido: A001880



Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.),
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser