

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-10-16

Système de remplissage auto. avec commande LiBus
pour filetage de raccordement M16x1
Numéro d'article: A001880

Caractéristiques

- Compensation automatique des pertes par évaporation
- Options d'alimentation flexibles : Raccordement à une alimentation en eau (lorsque l'eau est utilisée comme liquide de bain), Aspiration depuis un réservoir (p. ex. bidon) via une pompe de pression/aspiration
- Compatible LiBus
- Compatible avec LAUDA Universa MAX
- Seuils de remplissage réglables — seuils de commutation inférieur et supérieur librement configurables



Données techniques

Gamme de température ambiante

-40 ... 55 °C

Matériau

Laiton

Pression max.

0,5 bar

Raccord 1 filetage (intérieur)

M16 x 1

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.),
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-10-16

Système de remplissage auto. avec commande LiBus
pour filetage de raccordement M16x1

Numéro d'article: A001880



Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.),
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser