# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-08-13

## LAUDA Alpha A 6
## Termostato calefacción 100 V; 50/60 Hz
## N.º de pedido: L000635

**Características de rendimiento**

- Termostato de baño con manejo sencillísimo
- Pantalla LED de una línea para la indicación del valor real o nominal
- Guía de menú intuitiva y sencillísimo manejo con 3 botones
- Regulador constante totalmente electrónico
- Protección de nivel inferior y contra exceso de temperatura para el funcionamiento con líquidos no inflamables
- Mensajes de alarma acústicos y visuales
- Bomba de circulación con reducción de paso continuo
- Recipiente de baño de acero inoxidable embutido
- Serpentín de refrigeración y juego de circulación de bomba opcionales

Temperatura de trabajo min.
25 °C

Temperatura de trabajo max.
100 °C

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-08-13

## LAUDA Alpha A 6
## Termostato calefacción 100 V; 50/60 Hz
## N.º de pedido: L000635

| Características técnicas (según DIN 12876) | |
|---|---|
| Rango de temperatura de trabajo | 25 ... 100 °C |
| Rango de temperatura ambiente | 5 ... 40 °C |
| Estabilidad de temperatura | 0,05 ± K |
| Potencia calorífica máx. | 1 kW |
| Consumo eléctrico máx. | 1 kW |
| Máximo actual. | 10 A |
| Presión máx. bomba | 0,2 bar |
| Flujo máximo de la bomba (presión) | 15 L/min |
| Volumen del baño mín. / máx. | 2,5 / 5,5 L |
| Tamaño del baño (an x pr x al) | 145 x 161 x 150 mm |
| Dimensiones (an x pr x al) | 181 x 332 x 370 mm |
| Peso | 7 kg |
| Alimentación de red | 100 V; 50/60 Hz |
| Conector de red | Cable de alimentación con conector (NEMA 5-15P) |

Quedan reservadas las modificaciones técnicas



Cable de alimentación con conector (NEMA 5-15P)

**Accesorios de serie**

- Reducción de paso continuo

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-08-13

LAUDA Alpha A 6

Termostato calefacción 100 V; 50/60 Hz

N.º de pedido: L000635

## CURVAS DE CALENTAMIENTO Líquido caloportador: Agua, baño cerrado




Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-08-13

LAUDA Alpha A 6

Termostato calefacción 100 V; 50/60 Hz

N.º de pedido: L000635

## CURVA CARACTERÍSTICA DE LA BOMBA Líquido caloportador: Agua




Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser