

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-06-26

Certificado de validación inicial de Versafreeze  
un punto de medición, a la temperatura máxima de c  
N.º de pedido: D000095

### Características de rendimiento

- Certificado de validación inicial para el ajuste de temperatura del dispositivo a temperatura máxima de control.
- Realizado en fábrica como parte de las pruebas de rutina periódicas (medición de 1 punto junto al sensor estándar) con una sección de medición calibrada.
- Creación de una confirmación que incluya una copia del certificado de calibración del equipo de medición.

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser