

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-06-26

Certificat de validation initiale pour Versafreeze
un point de mesure, à la température de régulation
Numéro d'article: D000095

Caractéristiques

- Certificat de validation initiale pour le réglage de la température de l'appareil à la température maximale de contrôle.
- Effectué en usine dans le cadre des tests de routine réguliers (mesure 1 point à côté du capteur standard) avec une section de mesure calibrée.
- Création d'une confirmation comprenant une copie du certificat d'étalonnage de l'équipement de mesure.

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser