

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-06-26

Certificado de calibración de fábrica Versafreeze
según las especificaciones de temperatura del cliente
N.º de pedido: D000096

Características de rendimiento

- Certificado de calibración de fábrica para ajuste de temperatura a una temperatura a especificar por el cliente.
- Implementación en fábrica con sección de medición calibrada. Colocación del sensor de medición junto al sensor estándar (medición de 1 punto). Ajuste de temperatura (corrección de offset e histéresis).
- Elaboración de un informe detallado incluyendo copia del certificado de calibración del equipo de medida.

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser