

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-06-29


Cesta de suspensión para pruebas de impacto

AxPxH: 140 x 140 x 195 mm

N.º de pedido: LCZ 0658

Características de rendimiento

- Para la colocación de muestras para ensayo de resiliencia conforme a la norma DIN.
- Dos tiradores embutidos para facilitar la colocación en el baño y la extracción.
- Las cestas están electropulidas.



Características técnicas

Dimensiones (an x pr x al)

140 x 140 x 195 mm

Anchura superficie de apoyo útil

132 mm

Profundidad superficie de apoyo útil

130 mm

Profundidad de inmersión

169 mm

Material

Acero inoxidable

Peso

0.91 kg

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser