

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-03-22


Kühlschlangen-Set für ECO ET 15 X

Ersetzt Pumpenabgänge rechts

Best.-Nr.: LCZ 0719

Leistungsmerkmale

- Verwendung bei Betriebstemperaturen unter 100 °C
- Abstand der Anschlussstutzen: 29 mm
- Zur Montage der Kühlschlange siehe Betriebsanleitung ihres jeweiligen ECO Thermostaten



Technische Merkmale

Material

Edelstahl

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser