

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-09-15

Kit serpentin de refroidissem. ET 15 X

Remplacé connecteurs de pompe à droite

Numéro d'article: LCZ 0719

Caractéristiques

- Utilisation à des températures de fonctionnement inférieures à 100 °C
- Distance entre les tubulures : 29 mm
- Pour le montage du serpentin de refroidissement, voir le mode d'emploi du thermostat ECO correspondant.



Données techniques

Matériau

Acier inoxydable

Poids

0.17 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser