

# PRODUCT DATA SHEET

Published: 2025-09-19

Insulated plate heat exchanger M16 x1 (o)

Temperature range: -100 to 150 °C up to 12 bar

Part Number: LCZ 0787

## Features

- Copper plate heat exchanger for efficient heat transfer between two liquids
- Easy connection
- No condensation or corrosion thanks to optimal insulation

## Technical Features

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Overall dimensions (WxDxH)   | 175 x 228 x 323 mm |
| Pressure max.                | 12 bar             |
| Connection 1 thread (inside) | M16 x 1            |
| Connection 2 thread (inside) | M16 x 1            |
| Weight                       | 7.32 kg            |

Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

## PRODUCT DATA SHEET


Published: 2025-09-19

Insulated plate heat exchanger M16 x1 (o)

Temperature range: -100 to 150 °C up to 12 bar

Part Number: LCZ 0787

Scheme operation heat exchanger



LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser