

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-09-19

Échangeur de chaleur à plaques isolées M16 x1 (e)

Plage de température : -100 à 150 °C à 12 bar maxi

Numéro d'article: LCZ 0787

Caractéristiques

- Échangeur de chaleur à plaques en cuivre pour un transfert thermique efficace entre deux fluides
- Connexion facile
- Pas de condensation ni de corrosion grâce à une isolation optimale

Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)

175 x 228 x 323 mm

Pression max.

12 bar

Raccord 1 filetage (intérieur)

M16 x 1

Raccord 2 filetage (intérieur)

M16 x 1

Poids

7.32 kg

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

FICHE TECHNIQUE


Statut: 2025-09-19

Échangeur de chaleur à plaques isolées M16 x1 (e)

Plage de température : -100 à 150 °C à 12 bar maxi

Numéro d'article: LCZ 0787

Scheme operation heat exchanger



LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser