

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-06-29

Unidad de cierre con activación LiBus

N.º de pedido: LCZ 9673

Características de rendimiento

- La unidad de cierre/el bloqueo de retroceso permite el funcionamiento seguro del termostato con un consumidor externo cerrado (por ejemplo, un recipiente de envoltura doble).
- La unidad de cierre/el bloqueo de retroceso están diseñados para un rango de temperatura de funcionamiento del líquido caloportador de -40 °C a 130 °C.
- Las mangueras deben asegurarse siempre con las fijaciones para mangueras adecuadas.



Características técnicas

Conexión 1 rosca (interior)

M16 x 1

Peso

1.06 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser