

## FICHE TECHNIQUE

Statut: 2024-11-15

Module Pt 100/LiBus

grande ouverture

Numéro d'article: LRZ 925

### Caractéristiques

- Interface pour le raccordement de sondes de température Pt100 et d'accessoires LiBus compatibles avec l'appareil
- Compatible avec les thermostats LAUDA actuels qui disposent de compartiments modulaires libres
- Mise à jour du logiciel possible via le thermostat
- L'étendue des fonctions dépend du thermostat
- Cache de montage grand
- Connecteur adapté pour la connexion Pt-100, LEMO, Série 1S, 4 broches, EQS 022 (non inclus)



### Données techniques

Poids

0.1 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser