

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-06-29

Kit de tuyaux

M30 x 1.5 I (2x), Isolation 19 mm

Numéro d'article: LSOZ0014



Données techniques

| | |
|--|----------------|
| Plage de température de fonctionnement | -40 ... 100 °C |
| Raccord 1 filetage (intérieur) | M30 x 1,5 |
| Raccord 2 filetage (intérieur) | M30 x 1,5 |
| Longueur | 190 cm |
| Épaisseur d'isolation | 19 mm |

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser