

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2025-09-15

Externer Bypass

M38 x 1,5 I, -40 ... 350 °C

Best.-Nr.: LWZ 071

Leistungsmerkmale

- Notwendig falls der Temperaturunterschied zwischen Einlass und Auslass mehr als 10 °C beträgt



Technische Merkmale

Gewicht

1.83 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser