

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-06-26

Hublot d'inspection, M38 x 1,5 E à M38 x 1,5 I
-40 °C à 140 °C

Numéro d'article: LWZ 141

Caractéristiques

- Contrôle du fluide de thermostatisation par inspection visuelle, par ex. pour l'état de dégazage, la turbidité de l'humidité, le changement de couleur



Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)	73 x 45 x 182 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 ... 140 °C
Pression max.	12 bar
Raccord 1 filetage (intérieur)	M38 x 1,5
Raccord 2 Filetage (extérieur)	M38 x 1,5
Poids	0.93 kg

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser