

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-06-29

Nachfüllautomatik
mit Pumpe, 24 V, 2x Schlauchtülle 1/2"
Best.-Nr.: LWZ 142

Leistungsmerkmale

- Nachfüllsystem für FD 50 mit Pumpe zum automatischen Ausgleich von Flüssigkeitsverlusten bei Verbraucherwechsel
- Zulässige Temperiermedien: Wasser/Glykol-Gemische
- Befüllung aus Vorratsbehälter durch direktes Ansaugen
- Mit Halterung für das Rahmenprofil des FD 50



Technische Änderungen vorbehalten

Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)

150 x 145 x 225 mm

Betriebstemperaturbereich

10 ... 40 °C

Pumpe Förderstrom max. (Druck)

7 L/min

Anschluss 1 Gewinde (außen)

1/2"

Anschluss 2 Gewinde (außen)

1/2"

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser