HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-05-08

Relleno automático con bomba
24 V, dos boquillas de manguera 1/2 "
N.º de pedido: LWZ 142

Características de rendimiento

- Sistema de rellenado para FD 50 con bomba para igualar automáticamente las pérdidas de líquido al cambiar de consumidor
- Sustancias de regulación de temperatura admisibles: mezcla de agua y glicol
- Llenado desde el depósito de almacenamiento por aspiración directa
- Con soporte para el perfil del bastidor del FD 50

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

Características técnicas	
Dimensiones (an x pr x al)	150 x 145 x 225 mm
Rango de temperatura de funcionamiento	10 ... 40 °C
Flujo máximo de la bomba (presión)	7 L/min
Conexión 1 rosca (externa)	1/2"
Conexión 2 rosca (externa)	1/2"

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser