

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-06-29

Relleno automático con bomba  
24 V, dos boquillas de manguera 1/2 "  
N.º de pedido: LWZ 142

### Características de rendimiento

- Sistema de rellenado para FD 50 con bomba para igualar automáticamente las pérdidas de líquido al cambiar de consumidor
- Sustancias de regulación de temperatura admisibles: mezcla de agua y glicol
- Llenado desde el depósito de almacenamiento por aspiración directa
- Con soporte para el perfil del bastidor del FD 50



### Características técnicas

Dimensiones (an x pr x al)	150 x 145 x 225 mm
Rango de temperatura de funcionamiento	10 ... 40 °C
Flujo máximo de la bomba (presión)	7 L/min
Conexión 1 rosca (externa)	1/2"
Conexión 2 rosca (externa)	1/2"

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser