

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-06-29

Remplissage automatique, pompe incluse

24 V, deux raccords de tuyau 1/2 "

Numéro d'article: LWZ 142

Caractéristiques

- Système de remplissage pour FD 50 avec pompe pour compenser automatiquement les pertes de liquide en cas de changement de consommateur
- Fluides de régulation de température autorisés : mélanges eau/glycol
- Remplissage à partir du réservoir par aspiration directe
- Avec support pour le profilé de cadre du FD 50



Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)	150 x 145 x 225 mm
Plage de température de fonctionnement	10 ... 40 °C
Débit max. de la pompe (pression nulle)	7 L/min
Raccord 1 filetage (extérieur)	1/2"
Raccord 2 Filetage (extérieur)	1/2"

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser