

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2025-09-16

Nachfüllautomatik
mit Magnetventil, 24 V, 2x Schlauchtülle 1/2"
Best.-Nr.: LWZ 143

Leistungsmerkmale

- Nachfüllsystem für FD 50 mit Magnetventil zum automatischen Ausgleich von Flüssigkeitsverlusten bei Verbraucherwechsel
- Für kontrollierte Nachfüllung aus aktiver Versorgungsleitung
- Mit Halterung für das Rahmenprofil des FD 50



Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)	120 x 120 x 80 mm
Betriebstemperaturbereich	10 ... 40 °C
Druck max.	16 bar
Anschluss 1 Gewinde (innen)	1/2"
Anschluss 2 Gewinde (innen)	1/2"

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser