

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-06-29

Remplissage automatique avec vanne magnétique

24 V, deux embouts de tuyau 1/2 "

Numéro d'article: LWZ 143

Caractéristiques

- Système de remplissage pour FD 50 avec électrovanne pour compenser automatiquement les pertes de liquide en cas de changement de consommateur
- Pour un remplissage contrôlé à partir d'une conduite d'alimentation active
- Avec support pour le profilé de cadre du FD 50



Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)

120 x 120 x 80 mm

Plage de température de fonctionnement

10 ... 40 °C

Pression max.

16 bar

Raccord 1 filetage (intérieur)

1/2"

Raccord 2 filetage (intérieur)

1/2"

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser