

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-11-13

Tuyau en Viton

ID 11 mm, isolation 9 mm

Numéro d'article: LZS 018

Données techniques

Plage de température de fonctionnement	-20 ... 150 °C
Diamètre intérieur	14 mm
Épaisseur d'isolation	19 mm
Matériau intérieur	FKM
Matériau extérieur	EPDM

Réserves de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser