

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2021-07-15

Numéro d'article: L003277

Caractéristiques

- With a connection to purge with clean dry air (CDA) to prevent condensation
- Encombrement et poids très faibles.
- Fonctionnement silencieux, sans vibrations grâce à la technologie de refroidissement sans fluide frigorigène
- Système de refroidissement à eau



Réserve de modifications techniques



Température de travail min.
-20 °C



Température de travail max.
90 °C

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Pfarrstraße 41/43 • 97922 Lauda-Königshofen
Postfach 1251 • 97912 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0 • F + 49 (0) 9343 503-222
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2021-07-15

Numéro d'article: L003277

Données techniques (selon DIN 12876)

Gamme de température de travail	-20 ... 90 °C
Stabilité de température	0,1 ± K
Puissance de chauffe mini.	6 kW
Volume de remplissage mini.	1,25 L
Volume de remplissage maxi.	1,6 L
Dimensions hors tout (LxPxH)	116 x 300 x 560 mm
Alimentation secteur	Connection to PSC

Température	Puissance de froid 50Hz	Puissance de froid 60Hz
20 °C	2,45 kW	2,45 kW
10 °C	1,93 kW	1,93 kW
0 °C	1,4 kW	1,4 kW
-10 °C	0,88 kW	0,88 kW
-20 °C	0,2 kW	0,2 kW

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Pfarrstraße 41/43 • 97922 Lauda-Königshofen
Postfach 1251 • 97912 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0 • F + 49 (0) 9343 503-222
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser