Statut: 2025-10-28



## FICHE TECHNIQUE

LAUDA Versafreeze VF 60040

Congélateur armoire 230 V; 50 Hz

Numéro d'article: L003474

### Caractéristiques

- · Congélateur armoire de laboratoire avec surveillance fiable et isolation hautement efficace pour un stockage à long terme et une assurance qualité
- · Unité de commande à écran tactile confortable avec affichage numérique pour saisir et appeler toutes les valeurs importantes pour la sécurité
- · Valeurs limites réglables pour l'alarme de haute et basse température
- · Protection contre l'accès non autorisé aux points de consigne grâce à une gestion des utilisateurs protégée par mot de passe
- · Système d'alarme électronique et contact sans potentiel pour la connexion à un système d'alarme interne ou au système de contrôle central
- Les fonctions d'affichage et d'alarme sont maintenues en cas de panne de courant (batterie de secours)
- · Intérieur entièrement en acier inoxydable
- · Sept compartiments intérieurs, chacun protégé contre la perte de froid par une porte
- · Pour le stockage à long terme et l'assurance qualité des substances organiques et d'autres matériaux
- Enregistreur de données intégré pour stocker les données de température et d'alarme
- · Prêt pour l'IIOT via une interface Ethernet puissante
- · Interface RS 485 pour un transfert de données sans problème
- · Les serpentins de refroidissement soufflés dans les côtés assurent un transfert direct du froid de tous les côtés, une vitesse de congélation élevée et une distribution uniforme de la température dans toute l'armoire
- · Système de réfrigération économe en énergie et sans entretien avec des compresseurs haute performance entièrement hermétiques
- · Réfrigérants naturels respectueux de l'environnement et à l'épreuve du temps
- · L'isolation sous vide signifie plus d'espace de stockage avec un encombrement réduit
- · Deux traversées d'un diamètre intérieur de 13 mm en standard, pour l'insertion de capteurs de commande, par ex type Pt100
- · Le système d'étanchéité magnétique empêche de manière fiable les joints de porte / couvercle de geler



T + 49 (0) 9343 503-0 info@lauda.de • www.lauda.de WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57 Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen Registergericht Mannheim · HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin: LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH Sitz Lauda-Königshofen Registergericht Mannheim · HRB 560226

Geschäftsführer: Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert, Dr. Marc Stricker Beirat: Dr. Gerhard Wobser





# FICHE TECHNIQUE

LAUDA Versafreeze VF 60040

Congélateur armoire 230 V; 50 Hz

Numéro d'article: L003474

### **Options incluses**

- · Refroidissement du condenseur par eau pour réduire la dissipation thermique dans l'environnement
- · Nécessite une alimentation en eau de refroidissement sur site



Température de travail min.

-40 °C



Température de travail max.

0 °C

### Données techniques

Gamme de température de travail
Stabilité de température
Homogénéité de température
Gamme de température ambiante
Volume utile
Dimension intérieure (Larg.xProf.xHaut.)
Dimensions hors tout (LxPxH)
Poids
Temps de refroidissement
Temps de décongélation
Consommation d'énergie
Agent frigorifique Niveau 1
Alimentation secteur
Prise secteur

-40 0 °C	
2 ± K	
4 K à -40 °C	
15 28 °C	
584 L	
738 x 600 x 1320 mm	
980 x 1029 x 1965 mm	
334 kg	
de 20 °C à -40 °C en 6 h	
de -40 °C à 0 °C en 12 h	
7,5 kWh/d à -40 °C	
R-1270 (GWP 3); 0,145 kg; 0,0 t CO2-eq	
230 V; 50 Hz	
Câble secteur avec fiche coudée Schuko (CEE7/7)	

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0 info@lauda.de • www.lauda.de WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57 Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin: LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH Sitz Lauda-Königshofen Registergericht Mannheim • HRB 560226 Geschäftsführer: Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert, Dr. Marc Stricker Beirat: Dr. Gerhard Wobser

Statut: 2025-10-28

# Réserves de modifications techniques

Statut: 2025-10-28



# FICHE TECHNIQUE

LAUDA Versafreeze VF 60040

Congélateur armoire 230 V; 50 Hz

Numéro d'article: L003474



Câble secteur avec fiche coudée Schuko (CEE7/7)

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0 info@lauda.de • www.lauda.de WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57 Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin: LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH Sitz Lauda-Königshofen Registergericht Mannheim • HRB 560226 Geschäftsführer: Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert, Dr. Marc Stricker Beirat: Dr. Gerhard Wobser