# PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-10-24

## LAUDA Varioshake VS 20 OH
## Schüttelapparat 230 V; 50/60 Hz
## Best.-Nr.: L003144

**Leistungsmerkmale**

- Schüttelapparat mit Überkopf-Drehbewegung, belastungsstark, ideal zum Mischen von Pulvern und pastösen Proben
- Display für die Anzeige der Drehzahl
- Elektronische Drehzahlregelung, stufenlos einstellbar, sanfter Anlauf
- Übersichtliche Armaturentafel für leichte Bedienung mit Drehknöpfen
- Fassungsvermögen bei gleichmäßiger Beladung: 12 Gefäße, rund oder eckig
- Gefäße bis max. 110 mm ∅ und 270 mm Höhe, höhenverstellbare Spannhalterungen
- Antrieb durch einen überlastungsgeschützten Gleichstrommotor
- Beidseitig kugelgelagertes Drehgestell mit sicherem Antrieb über Rutschnabe
- Höhenverstellbare Haltevorrichtungen aus Edelstahl Rostfrei zum sicheren, festen Einspannen der Probenbehälter
- Konstante Drehzahl, lastunabhängig
- Hervorragend für Dauerbetrieb geeignet
- Außengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

Technische Änderungen vorbehalten

| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Umgebungstemperaturbereich | 10 ... 40 °C |
| Leistungsaufnahme max. | 0,1 kW |
| Schüttelfrequenz | 1 ... 20 1/min |
| Lastaufnahme max. | 20 kg |
| Abmessungen (BxTxH) | 770 x 700 x 715 mm |
| Gewicht | 65 kg |
| Netzstecker | Netzkabel mit Stecker (SEV 1011, SEV 5934/2, T23) |
| Netzversorgung | 230 V; 50/60 Hz |

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser