

PRODUKTDATENBLATT

Alpha RA 12

Die Kältetechnik der Kältethermostate RA 8, RA 12 und RA 24 ermöglicht es, über den gesamten Temperaturbereich von -25 bis 100 °C zu kühlen. Die Temperierflüssigkeit wird über den Entleerungsanschluss auf der Geräterückseite abgelassen. Bei allen Kältethermostaten sind Baddeckel und Pumpenanschlüsse im Seriengerät enthalten.



Arbeitstemperatur min.
-25 °C



Arbeitstemperatur max.
100 °C

Technische Merkmale

Arbeitstemperatur min.

Arbeitstemperatur max.

Umgebungstemperatur min.

Umgebungstemperatur max.

Temperaturkonstanz

Anwendung

Heizleistung

Kälteleistung bei 20 °C gemessen mit Ethanol

Kälteleistung bei 10 °C gemessen mit Ethanol

Kälteleistung bei 0 °C gemessen mit Ethanol

Kälteleistung bei -10 °C gemessen mit Ethanol

Kälteleistung bei -20 °C gemessen mit Ethanol

Kälteleistung bei -25 °C gemessen mit Ethanol

Leistungsaufnahme

Badvolumen min.

Alpha RA 12

-25 °C

100 °C

5 °C

40 °C

0.05 ±K

Extern | Im Bad | Extern und im Bad

1.5 kW

0.325 kW

0.30 kW

0.26 kW

0.21 kW

0.08 kW

0.03 kW

1.8 kW

9.5 L

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Pfarrstraße 41/43 · 97922 Lauda-Königshofen
Postfach 1251 · 97912 Lauda-Königshofen · DE

T +49 (0) 9343 503-0 · F +49 (0) 9343 503-222
info@lauda.de · www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim · HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim · HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUKTDATENBLATT

Alpha RA 12

Technische Merkmale	Alpha RA 12
Badvolumen max.	14.5 L
Badöffnung Breite	300 mm
Badöffnung Tiefe	203 mm
Badtiefe	160 mm
Nutztiefe	140 mm
Förderdruck max.	0.2 bar
Förderstrom max. (Druck)	15 L/min
Abmessungen (BxTxH) in mm	365x500x605

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Pfarrstraße 41/43 · 97922 Lauda-Königshofen
Postfach 1251 · 97912 Lauda-Königshofen · DE

T +49 (0) 9343 503-0 · F +49 (0) 9343 503-222
info@lauda.de · www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim · HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim · HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser