

## PRODUKTDATENBLATT

### Alpha RA 24

Die Kältetechnik der Kältethermostate RA 8, RA 12 und RA 24 ermöglicht es, über den gesamten Temperaturbereich von -25 bis 100 °C zu kühlen. Die Temperierflüssigkeit wird über den Entleerungsanschluss auf der Geräterückseite abgelassen. Bei allen Kältethermostaten sind Baddeckel und Pumpenanschlüsse im Seriengerät enthalten.



Arbeitstemperatur min.  
-25 °C



Arbeitstemperatur max.  
100 °C

#### Technische Merkmale

Arbeitstemperatur min.

Arbeitstemperatur max.

Umgebungstemperatur min.

Umgebungstemperatur max.

Temperaturkonstanz

Anwendung

Heizleistung

Kälteleistung bei 20 °C gemessen mit Ethanol

Kälteleistung bei 10 °C gemessen mit Ethanol

Kälteleistung bei 0 °C gemessen mit Ethanol

Kälteleistung bei -10 °C gemessen mit Ethanol

Kälteleistung bei -20 °C gemessen mit Ethanol

Kälteleistung bei -25 °C gemessen mit Ethanol

Leistungsaufnahme

Badvolumen min.

#### Alpha RA 24

-25 °C

100 °C

5 °C

40 °C

0.05 ±K

Extern | Im Bad | Extern und im Bad

1.5 kW

0.425 kW

0.37 kW

0.33 kW

0.225 kW

0.08 kW

0.02 kW

1.8 kW

14 L

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Pfarrstraße 41/43 · 97922 Lauda-Königshofen  
Postfach 1251 · 97912 Lauda-Königshofen · DE

T +49 (0) 9343 503-0 · F +49 (0) 9343 503-222  
info@lauda.de · www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim · HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim · HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

## PRODUKTDATENBLATT

### Alpha RA 24

Technische Merkmale	Alpha RA 24
Badvolumen max.	22 L
Badöffnung Breite	350 mm
Badöffnung Tiefe	277 mm
Badtiefe	160 mm
Nutztiefe	140 mm
Förderdruck max.	0.2 bar
Förderstrom max. (Druck)	15 L/min
Abmessungen (BxTxH) in mm	415x605x605

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Pfarrstraße 41/43 · 97922 Lauda-Königshofen  
Postfach 1251 · 97912 Lauda-Königshofen · DE

T +49 (0) 9343 503-0 · F +49 (0) 9343 503-222  
info@lauda.de · www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim · HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim · HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser