

PRODUKTDATENBLATT

Proline Kryomat RP 4090 CW

Die Proline Kryomate sind auf dem Boden stehende Tiefkältethermostate für ein großes Anwendungsspektrum. Sie überzeugen vor allem durch große Kälteleistungen, speziell bei tiefen Temperaturen, und eine bisher nicht mögliche kompakte Bauweise. Alle Proline Kryomate sind serienmäßig mit der LAUDA Fernbedieneinheit Command für eine einfache und anwenderfreundliche Bedienung ausgestattet. Die Geräte verfügen über eine für die interne Umwälzung optimierte Druckpumpe, die in den Stufen fünf bis acht variiert werden kann. Zur Vermeidung von Kondensatbildung durch Luftfeuchtigkeit bei tiefen Temperaturen ist eine Badrand- und Badbrückenheizung integriert. Aktuelle Technologien, hohe Wirtschaftlichkeit und ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen die Proline Kryomate aus.



Arbeitstemperatur min.
-90 °C



Arbeitstemperatur max.
200 °C

Technische Merkmale

Arbeitstemperatur min.

Arbeitstemperatur max.

Umgebungstemperatur min.

Umgebungstemperatur max.

Temperaturkonstanz

Anwendung

Heizleistung

Kälteleistung bei 20 °C gemessen mit Ethanol

Kälteleistung bei 0 °C gemessen mit Ethanol

Kälteleistung bei -20 °C gemessen mit Ethanol

Kälteleistung bei -30 °C gemessen mit Ethanol

Kälteleistung bei -40 °C gemessen mit Ethanol

Kälteleistung bei -50 °C gemessen mit Ethanol

Kälteleistung bei -60 °C gemessen mit Ethanol

Kälteleistung bei -70 °C gemessen mit Ethanol

Proline Kryomat RP 4090 CW

-90 °C

200 °C

5 °C

40 °C

0.05 ±K

Extern | Extern und im Bad | Im Bad

3.5 kW

4.0 kW

3.7 kW

3.1 kW

2.7 kW

2.0 kW

1.6 kW

1.3 kW

0.8 kW

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Pfarrstraße 41/43 · 97922 Lauda-Königshofen
Postfach 1251 · 97912 Lauda-Königshofen · DE

T +49 (0) 9343 503-0 · F +49 (0) 9343 503-222
info@lauda.de · www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim · HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim · HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUKTDATENBLATT

Proline Kryomat RP 4090 CW

Technische Merkmale	Proline Kryomat RP 4090 CW
Kälteleistung bei -80 °C gemessen mit Ethanol	0.5 kW
Kälteleistung bei -90 °C gemessen mit Ethanol	0.15 kW
Leistungsaufnahme	5 kW
Schnittstelle(n)	RS-232/485
Badvolumen min.	32 L
Badvolumen max.	44 L
Badöffnung Breite	350 mm
Badöffnung Tiefe	350 mm
Badtiefe	250 mm
Nutztiefe	230 mm
Abmessungen (BxTxH) in mm	600x700x1160
Pumpenanschlussgewinde	M16 x 1

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
 Pfarrstraße 41/43 · 97922 Lauda-Königshofen
 Postfach 1251 · 97912 Lauda-Königshofen · DE

T +49 (0) 9343 503-0 · F +49 (0) 9343 503-222
 info@lauda.de · www.lauda.de
 WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
 Registergericht Mannheim · HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
 LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
 Sitz Lauda-Königshofen
 Registergericht Mannheim · HRB 560226

Geschäftsführer:
 Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert
 Dr. Marc Stricker
 Beirat: Dr. Gerhard Wobser